

CHIMIE-PLUS Laboratoires

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax

Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51



Fax :+33-(0)-4-37-62-15-66

www.chimieplus.fr

contact@chimieplus.fr

SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

BAIN N°8 selon FI 3574

Ref : 56880

Densité : 1,2353

Pour 5 litres :

- 2773 g H₂O
- 3403 g HNO₃ à 69,5 %

Contrôler que la densité soit comprise entre 1,226 et 1,248