

## CHIMIE-PLUS Laboratoires

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax

Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51



Fax :+33-(0)-4-37-62-15-66

[www.chimieplus.fr](http://www.chimieplus.fr)

[contact@chimieplus.fr](mailto:contact@chimieplus.fr)

SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

### FICHE TECHNIQUE

## **BAIN N°3 selon FI 3569**

Ref : 56890

Densité : 1,103

Pour 1 litre :

- 817 g H<sub>2</sub>O
- 286 g HNO<sub>3</sub> à 69,5 % PA

**Contrôler que la densité soit comprise entre 1,093 et 1,116**