

FICHE TECHNIQUE

**ETALON FER à 50 mg/l Fe³⁺
(chlorure ferrique / matrice HCl)**

Ref : 60026

Pour 2 litres :

- 0,485 g FeCl₃ , 6 H₂O
- 500 ml HCl 37 % PA
- QSP 1 litre avec eau déminéralisée