

## **CHIMIE-PLUS Laboratoires**

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax

Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51



Fax :+33-(0)-4-37-62-15-66

[www.chimieplus.fr](http://www.chimieplus.fr)

[contact@chimieplus.fr](mailto:contact@chimieplus.fr)

SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

### FICHE TECHNIQUE

## **ETALON FLUORURE à 100 mg/L**

Ref : 60106

Pour 5 litres :

- 1,115 g NaF à 99 %
- QSP 5 litres avec eau distillée