

## **CHIMIE-PLUS Laboratoires**

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax

Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51

Fax : +33-(0)-4-37-62-15-66

[www.chimieplus.fr](http://www.chimieplus.fr)

[contact@chimieplus.fr](mailto:contact@chimieplus.fr)



SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

### FICHE TECHNIQUE

## **Analyseur Aluminium EZ1001 Solution colorée**

Ref : 60300

Pour 1 litre :

- Pyrocatechol violet                      0,50 g
- Qsp 1 L eau déminéralisée

Péremption avant ouverture : 6 mois

Péremption après ouverture : 3 mois