

CHIMIE-PLUS Laboratoires

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax

Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51



Fax :+33-(0)-4-37-62-15-66

www.chimieplus.fr

contact@chimieplus.fr

SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

**ANALYSEUR Manganèse
solution standard REF2 à 0,1 mg/L**

Ref : 60347

Pour 1 litre :

- 1 mL solution stock à 100 mg/L Mn
- QSP 1 L avec H₂O