

CHIMIE-PLUS Laboratoires

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax

Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51

Fax : +33-(0)-4-37-62-15-66

www.chimieplus.fr

contact@chimieplus.fr



SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

FICHE TECHNIQUE

ETALON CONDUCTIVITE 12,88 mS/cm

Ref : 63014

Pour 1 litre :

- 6 g KCl 99,5 %

- 1000 g H₂O

Ajuster la solution à 12,88 mS/cm +/- 1% à 25 °C