

CHIMIE-PLUS Laboratoires

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax

Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51

Fax : +33-(0)-4-37-62-15-66

www.chimieplus.fr

contact@chimieplus.fr



SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

FICHE TECHNIQUE

TAMPON pH 9

Ref 68009

Pour 20 litres :

- 62,2 g Acide o-Borique à 99,5 %
- 75 g Potassium Chlorure PA à 99,5 %
- 16,3 g NaOH pastilles
- ajustage NaOH N/10 ~ 250 ml