



FICHE TECHNIQUE

TAMPON pH 11

Ref : 68011

Pour 10 litres :

- 96,3 g di-sodium tetraborate , 10H₂O
- 37,3 g KCl
- 95 mL NaOH 5N ou 19 g NaOH en perles
- QSP 10 L H₂O

Ajuster avec NaOH 1N