CHIMIE-PLUS *Laboratoires*
ZAC du pont
01240 Saint Paul de Varax
Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51
Fax :+33-(0)-4-37-62-15-66
www.chimieplus.fr
contact@chimieplus.fr

SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

FICHE TECHNIQUE

TAMPON pH 4,008

Ref : 68019

10,21 g/l Potassium hydrogénophtalate = 0,05 mol/L

0,1 g Sodium azoture

QSP 1 L avec H_2O

Ajuster avec HCl 1N ou HCl 0,1N