

## CHIMIE-PLUS Laboratoires

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax

Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51

Fax : +33-(0)-4-37-62-15-66

[www.chimieplus.fr](http://www.chimieplus.fr)

[contact@chimieplus.fr](mailto:contact@chimieplus.fr)



SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

### FICHE TECHNIQUE

## **TAMPON pH 6,865 à 25°C (pH 6,885 à 20°C)**

Ref 68020

9,008 g  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ , 12  $\text{H}_2\text{O}$

3,414 g  $\text{KH}_2\text{PO}_4$

0,1 g sodium azoture

QSP 1 L avec  $\text{H}_2\text{O}$