

CHIMIE-PLUS Laboratoires

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax

Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51

Fax : +33-(0)-4-37-62-15-66

www.chimieplus.fr

contact@chimieplus.fr



SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

FICHE TECHNIQUE

ETALON CONDUCTIVITE 84 μ S

Ref : 68057

Pour 1 litre :

- 5 ml KCl 0.1 mol/L en solution

- 1000 g H₂O