

## **CHIMIE-PLUS Laboratoires**

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax

Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51

Fax : +33-(0)-4-37-62-15-66

[www.chimieplus.fr](http://www.chimieplus.fr)

[contact@chimieplus.fr](mailto:contact@chimieplus.fr)



SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

### FICHE TECHNIQUE

## **TAMPON CRESOLPHTALEINE**

**Ref : 68070**

Pour 10 litres :

- 0,70 g +/- 0,01 g o-crésolphtaléine complexon
- 177.8 g HCl 37.5 % pour analyses
- QSP 10 L eau distillée

*6 mois de péremption*