

SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

FICHE TECHNIQUE**TAMPON PBS Ph 7,4**

Réf.: 71047

COMPOSANTS	Qté / 10 L	Unités	Qté requise / vol. fabriqué	Qté réelle
Eau déminéralisée	10,00	kg		
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté Prayphos5000181 .....	18,1	g		
Potassium chlorure C+ 24103 .....	2,00	g		
Sodium chlorure Esco .....	80,00	g		
Potassium di-hydrogenophosphate C+ 40101 .....	2,40	g		

ANALYSE APRES AGITATION	valeur cible	valeur mesurée
Mesure du pH Ajuster si nécessaire avec NaOH ou HCl .....	7,40 +/- 0,02	
	7,40 +/- 0,02	