

FICHE TECHNIQUE

INDICATEUR MIXTE DE COOPER

Pour la détermination de la dureté carbonatée et du CO₂ dans l'eau

REFERENCE : 81206

Composition pour 1 litre :

- 1,2 g vert de bromocrésol
- 0,2 g rouge de méthyle
- 500 ml Ethanol
- QSP 1 litre avec eau permutée