

## CHIMIE-PLUS Laboratoires

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax

Tel : +33-(0)-4-74-51-77-51



Fax :+33-(0)-4-37-62-15-66

[www.chimieplus.fr](http://www.chimieplus.fr)

[contact@chimieplus.fr](mailto:contact@chimieplus.fr)

SIRET : 338 502 941 00044 / NAF : 2059Z / N° TVA : FR24 338 502 941

### FICHE TECHNIQUE

#### **BLEU DE BROMOPHENOL indicateur Réf : 90135**

N° CAS : [115-39-9]

Formule :  $C_{19}H_{10}Br_4O_5S$

P.M.: 669,96

Intervalle de transition : pH 3,0 (jaune) à pH 4,6 (bleu)

Point de fusion : 279° C